

2021年7月21日
(株) 東日製作所 品質保証部

QL200N4-MH メモリ仕様違い品の回収に関するお知らせ

QL200N4-MHにおいてメモリ仕様がN・mであるべきところ、kgf・cmのものが組み込まれたものが出荷された可能性があります。(別紙1写真参照)

誠に申し訳ございませんが、下記対象製品をお持ちの場合、直ちにご使用を中止し返品して頂きますようお願い申し上げます。N・m仕様のメモリ範囲は40~200で、kgf・cmは400~2000となるので識別は可能です。お客様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます。製造、検査の工程を再度見直し、改善を実施する所存ですので、何卒ご理解とご協力よろしくお願い申し上げます。

— 記 —

① 対象型式・製造番号

型式：QL200N4-MH (別紙1写真参照)

製造番号：087702M~087971M (検査日2021年6月16日~6月21日)

*上記製造番号にて目盛の単位がkgf・cmとなっている製品が対象製品となります。

(別紙1 メモリ部拡大写真ご参照下さい)

② 製造番号確認方法

製造番号は、外箱のラベルと校正証明書、製品本体に表示されています。(別紙1写真参照)

③ 該当品ご返送先 (送料弊社負担 着払いにてご返送下さい)

〒400-0057 山梨県甲府市高室町162 株式会社東日製作所 甲府工場品質保証部 市田(いちだ)宛

TEL:055-241-5611 FAX:055-241-7703

④ お問い合わせ先

〒143-0016 東京都大田区大森北 2-2-12 株式会社東日製作所 品質保証部 恒吉(つねよし)宛

TEL:03-3762-7859 FAX:03-3762-7166 メールアドレス sales@tohnichi.co.jp

ご返送に当たっては別紙「連絡票」に必要事項をご記入頂き、製品に同梱、もしくは事前にご連絡下さい。

以上

QL200N4-MH 外観



製造番号表示位置



TOHNICHI
Certificate of Calibration
校正証明書

Name: TORQUE WRENCH
Model: QL200N4-MH
Max. Capacity: 200
Units: N·m
Date of Calibration: 17/06/2021 (Day/Month/Year)


Date of First Used: / /
Serial No.: 087709M
Accuracy ± (%): 3
Temperature (°C): ±24
Inspector:

Set Torque	Lower	Upper		Actual Readings			
40	38.9	41.2	CW	40.5	40.4	40.3	40.2
			CCW	---	---	---	---
120	116.6	123.7	CW	118.4	118.1	118.0	118.1
			CCW	---	---	---	---
200	194.2	206.1	CW	200.7	199.8	199.4	199.6
			CCW	---	---	---	---

梱包箱、ラベルの製造番号確認位置



メモリ部拡大



FAX No. 055-241-7703 (株)東日製作所 甲府工場 市田行

連 絡 票

日付	年 月 日		
ユーザー様名	住所	会社名	
		部署名	ご担当者名
		〒	
	TEL		
販売店様名	住所	会社名	
		部署名	ご担当者名
		〒	
	TEL		
ご返却先 どちらかに○	ユーザー様宛 ・ 販売店様宛		
本数			
製造番号			
備考			
弊社へのご返送先	〒400-0057 山梨県甲府市高室町 162 株式会社東日製作所 甲府工場 市田宛 TEL:055-241-5611 FAX:055-241-7703 (送料弊社負担 着払いにてご返送下さい)		